

采购方式、招标文件专家论证意见汇总表

项目名称:	兴仁市人民医院DR球管采购项目（单一来源论证）
论证时间:	2021年07月06日15时00分
专家意见汇总	意见: 根据《政府采购法》规定, 为保证原有采购项目一致性及后续服务, 建议采用单一来源采购方式。此次拟采购DR球管为西门子MULTIX SELECT DR的标准型号专用球管, 其无法与其他球管可替换, 该球管在贵州黔西南州地区的指定授权单位为贵州迈斯顿医疗科技有限公司, 是唯一合法供应商。专家意见可以采购贵州迈斯顿医疗科技有限公司为此项目提供的DR球管。 签字: 吕磊 书之 王松华
监督部门意见	无同意专家意见 签字: 戴盛红
采购单位意见	同意专家意见 签字: 唐继杰